

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Повязка медицинская с твердыми магнитами

«БИОМАГ» на запястье, ПМТМЗ-01,

ТУ 9398-049-21664678-2014

Назначение

Повязка предназначена для индивидуального использования, как в качестве самостоятельного средства магнитной терапии, так и в сочетании с другими физиотерапевтическими или медикаментозными средствами.

Показания для применения медицинского изделия.

Применяется для лечения, реабилитации и профилактики заболевания лучезапястного сустава (артрит, артроз, ревматоидный артрит суставной формы, воспаление и боль при повышенных нагрузках на сустав, переломах, растяжении связок и сухожилий). Товар является медицинским изделием.

Противопоказания для применения медицинского изделия.

- острые инфекционные заболевания и лихорадочные состояния неясной этиологии;
- острые нарушения мозгового и коронарного кровообращения (острый инсульт, инфаркт);
- заболевания, связанные с нарушением свертываемости крови;
- психические заболевания в стадии обострения;
- беременность (любые сроки);
- индивидуальная непереносимость;
- наличие имплантированного кардиостимулятора;
- злокачественные новообразования в области воздействия;
- открытые раны.

Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия.

- легкое головокружение;
- индивидуальную непереносимость человеком воздействия магнитных полей.

Взаимодействие с другими медицинскими изделиями.

Специальных исследований по взаимодействию с другими медицинскими изделиями не проводились. Необходима консультация с врачом.

Технические характеристики

Типоразмер повязки универсальный.

Обхват запястья - 15,0 - 22,0 см.

Состав: повязка изготовлена из плотной эластичной ткани триплекс (полиэфир – 100%, подкладка-полиэстер 100%), для крепления имеется застежка-липучка. Повязка содержит 4 твердых постоянных магнита, магнитная индукция составляет 60 ± 10 мТл.

Комплектация: повязка – 1 шт, подробная инструкция – 1 шт.

Уход за изделием

Поверхность изделия можно протирать слегка влажной тканью или стирать вручную нейтральным раствором моющих средств или раствором мыла при температуре не выше $+40^{\circ}\text{C}$ без сильного трения. Отжимать, не выкручивая. Сушить при комнатной температуре, вдали от нагревательных приборов. Не гладить утюгом. Не подвергать воздействию прямого солнечного света.

Условия хранения

Повязка должна храниться в сухих проветриваемых складских помещениях по условиям хранения 2 (С) ГОСТ 15150, но в диапазоне температур от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

Повязка должна храниться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и быть защищена от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Не допускается хранение повязок вблизи работающих электро-трансформаторов, установок ТВЧ и других устройств с электромагнитным полем.

Условия утилизации: Использованные повязки относятся к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163). Изделия, утратившие товарный вид, возможно утилизировать с бытовым мусором.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок годности 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «Надежда»

152900, Россия, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Орджоникидзе, д.29, тел. +7(4855) 28-41-41, +7(4855) 28-79-88; www.magnetic-therapy.ru; эл. почта: oonadegda@mail.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Повязка медицинская с твердыми магнитами

«БИОМАГ» на запястье, ПМТМЗ-01,

ТУ 9398-049-21664678-2014

Назначение

Повязка предназначена для индивидуального использования, как в качестве самостоятельного средства магнитной терапии, так и в сочетании с другими физиотерапевтическими или медикаментозными средствами.

Показания для применения медицинского изделия.

Применяется для лечения, реабилитации и профилактики заболевания лучезапястного сустава (артрит, артроз, ревматоидный артрит суставной формы, воспаление и боль при повышенных нагрузках на сустав, переломах, растяжении связок и сухожилий). Товар является медицинским изделием.

Противопоказания для применения медицинского изделия.

- острые инфекционные заболевания и лихорадочные состояния неясной этиологии;
- острые нарушения мозгового и коронарного кровообращения (острый инсульт, инфаркт);
- заболевания, связанные с нарушением свертываемости крови;
- психические заболевания в стадии обострения;
- беременность (любые сроки);
- индивидуальная непереносимость;
- наличие имплантированного кардиостимулятора;
- злокачественные новообразования в области воздействия;
- открытые раны.

Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия.

- легкое головокружение;
- индивидуальную непереносимость человеком воздействия магнитных полей.

Взаимодействие с другими медицинскими изделиями.

Специальных исследований по взаимодействию с другими медицинскими изделиями не проводились. Необходима консультация с врачом.

Технические характеристики

Типоразмер повязки универсальный.

Обхват запястья - 15,0 - 22,0 см.

Состав: повязка изготовлена из плотной эластичной ткани триплекс (полиэфир – 100%, подкладка-полиэстер 100%), для крепления имеется застежка-липучка. Повязка содержит 4 твердых постоянных магнита, магнитная индукция составляет 60 ± 10 мТл.

Комплектация: повязка – 1 шт, подробная инструкция – 1 шт.

Уход за изделием

Поверхность изделия можно протирать слегка влажной тканью или стирать вручную нейтральным раствором моющих средств или раствором мыла при температуре не выше $+40^{\circ}\text{C}$ без сильного трения. Отжимать, не выкручивая. Сушить при комнатной температуре, вдали от нагревательных приборов. Не гладить утюгом. Не подвергать воздействию прямого солнечного света.

Условия хранения

Повязка должна храниться в сухих проветриваемых складских помещениях по условиям хранения 2 (С) ГОСТ 15150, но в диапазоне температур от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

Повязка должна храниться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и быть защищена от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Не допускается хранение повязок вблизи работающих электро-трансформаторов, установок ТВЧ и других устройств с электромагнитным полем.

Условия утилизации: Использованные повязки относятся к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163). Изделия, утратившие товарный вид, возможно утилизировать с бытовым мусором.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок годности 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «Надежда»

152900, Россия, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Орджоникидзе, д.29, тел. +7(4855) 28-41-41, +7(4855) 28-79-88; www.magnetic-therapy.ru; эл. почта: oonadegda@mail.ru

